

重 庆 大 学 环 境 与 生 态 学 院

实验室安全月报

(二 0 二三年三月)

环境与生态学院实验室技术安全工作组编

2023 年 3 月第二期总第 24 期



目 录

一、2022 年度重庆大学实验室安全工作总结暨表彰大会	1
二、月度日常安全检查	5
三、安全复查	7
四、月度安全工作小结	11
五、校级安全检查	13
六、实验废弃物处理处置	15

一、2022 年度重庆大学实验室安全工作总结暨表彰大会

2023 年 3 月 30 日 9 时，重庆大学实验室安全工作总结暨表彰大会于主教 506 会议室召开。各学院分管领导及校获奖代表参会。

实设处钟代笛处长从 6 个方面 2022 年度学校实验室安全工作进行了总结。

(1) 提高政治站位，强化责任担当

学校构建学校-学院-实验室三级实验室技术安全管理责任体系，层层压实各级责任。将实验室技术安全工作纳入安全稳定工作例会及实验室技术安全工作委员会议事日程，高屋建瓴，部署实验室安全工作。进一步提高政治站位，深刻认识高校实验室安全工作的重要性，切实增强底线思维，强化安全意识，防范化解安全隐患，全面筑牢实验室安全防线。

(2) 健全管理机制，推进安全准入

2022 年新制定了《重庆大学加强实验室安全专项行动实施方案》《重庆大学实验室安全分类分级管理办法》，修订了《重庆大学农业转基因生物安全管理办法》，健全管理制度。持续推进学校各部门化学品采购、科研项目、教学实验项目、实验用房、危化品运输车辆、新进教师、研究生等安全准入的建设与落实。

(3) 深入隐患排查，坚持立查立改

2022 年 6 月 28 日，教育部检查组对学校实验室安全进行现场检查，指出 15 个不符合项，较 2021 年减少 2 项，较 2020 年减少 9 项。

2022 年，学校组织完成危险化学品专项排查、实验室加热设备专项检查、实验室生物安全专项检查、实验室手套箱安全专项排查、院级危险化学品库房安全检查、实验室安全隐患日常巡查等系列专项行动。

2022 年校领导带队检查 12 次，处领导带队检查 20 次，校实验室安全督导组巡查 18 轮，通过安全检查系统提出整改意见 2445 条，共巡查复查实验室 7415 间次，较 2021 年增长 63.4%。

2022 年，根据重庆市公安部门要求，进一步加强和规范管控类危化品管理，完善全校 13 个涉及易制毒、易制爆等管控类危化品单位院级暂存库房建设。

(4) 狠抓安全教育，营造安全文化

2022 年开展实验室安全与环保育人活动，营造“安全、环保、文明”的实验室文化，提升安全文化育人水平，建立实验室安全协同育人机制、挖掘育人元素、丰富育人载体、提升安全文化育人水平

2022 年开展重庆大学首批实验室技术安全研究项目，立项 24 项，覆盖 14 个学院。选题方向涵盖安全文化、安全准入、安全事故应急救援、危废处置、信息化建设以及其他具有学科特色的专项安全。


举办 2022 年度“重庆大学实验室安全文化活动”，包括实验室安全专题讲座与沙龙、重庆大学安全文明实验室评选活动、重庆大学优秀实验室安全员评选活动、重庆大学实验室安全知识竞赛、重庆大学实验室安全海报设计大赛，累计参与师生 21239 人次，较 2021 年增长 31.6%。

(5) 完善应急体系，提升应急能力

2022 年为全校实验室配备化学品安全柜、学生实验服、实验口罩、危险废物标签、安全警示标识、气瓶状态牌、实验垃圾桶等实验室安全防护设施及应急物资。

(6) 加强管理效能，提升信息化水平

2022 年逐步建立完善实验室安全综合管理信息系统，提升实验室安全管理的信息化水平。实现全校 1700 余间实验室基础信息查询及安全检查信息化，为实验室安全信息化管理提供强有力的保障。



随后，钟处长还提出了下一步工作建议：学校学院要持续强化实验室安全隐患整改，加强实验人员安全准入，健全项目风险评估与管控，完善实验室安全分类分级，加强师生安全教育，开展学科特色实验室安全应急演练。

总结会后钟处长为获得2022年度学校安全文明实验室和优秀实验室安全员的人员进行了颁奖。

我院红楼405、机电楼102实验室获得“安全文明实验室”称号；实验室楼栋安全员马岚茜娅、曾洁、曹知平，学生安全员余庆慧、吴玉洋获得“优秀实验室安全员”称号。



“安全文明实验室”表彰现场



“优秀实验室安全员”表彰现场





二、月度日常安全检查

2月28-3月1日，院实验室技术安全检查工作组对实验中心白楼52间、红楼45间、机电楼27间、基因楼9间、采矿楼16间共149间教学科研实验室进行2023年3月度日常安全检查。

通过检查，有共计66间实验室存在诸如“阻挡逃生通道，卫生状况不佳，实验场所内过夜、饮食，实验室内堆放较多废弃物；接线板未固定，接线板串联使用，接线板置于地上或易燃物上使用，电线接头裸露，大功率电器未使用专用插座，水龙头漏水未维修，实验装置漏水；化学品倒放，化学品或样品无标签信息，使用未去掉原包装的饮料瓶装样品，使用破碎的玻璃器皿；管制化学品不入安全柜，安全柜未上锁未通电；气瓶未固定或固定不稳固，无状态标识，无台账；废弃物收集容器标签与实际不符，废弃物混放，废液桶无处置标签、无盖，药瓶空瓶叠放倒放；加热设备运行中无人值守，加热设备上或旁边放置杂物，加热设备距离气瓶过近。”等涉及“实验场所、基础安全、化学安全、特种设备与常规冷热设备”四大类“场所环境、卫生与日常管理、用电用水基础安全、实验室化学品存放、管制类化学品管理、实验气体管理、化学废弃物处置管理、其它化学安全、加热及制冷装置管理”九小类安全隐患与问题共135条。其中：

白楼问题实验室31间、占比46.97%，问题与隐患数89条、占比65.93%。

红楼问题实验室20间、占比30.3%，问题与隐患数28条、占比20.74%；

基因楼问题实验室2间、占比3.03%，问题与隐患数2条、占比1.48%；

机电楼问题实验室 7 间、占比 10.61%，问题与隐患数 10 条、占比 7.41%；
采矿楼环境科学问题实验室 6 间、占比 9.09%，问题与隐患数 6 条、占比 4.44%；

环境生态实验中心 3 月度日常安全检查结果									
2022 年 2 月 28 日 3 月 1 日，环境生态实验中心实验室安全巡查工作由中心巡查组 12 组，机电楼 2 组，红矿楼 2 组，红矿楼 2 组，红矿楼 2 组，红矿楼 2 组，红矿楼 2 组，红矿楼 2 组，红矿楼 2 组，红矿楼 2 组。									
序号	问题号	问题名称	问题描述	问题类别	问题数量	问题描述	问题类别	问题数量	问题描述
1	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	1				
2	12.4.4	特种设备安全	特种设备安全	特种设备安全	2				
3	7.1.1	消防安全	消防安全	消防安全	3				
4	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	4				
5	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	5				
6	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	6				
7	7.1.1	消防安全	消防安全	消防安全	7				
8	7.1.1	消防安全	消防安全	消防安全	8				
9	7.1.1	消防安全	消防安全	消防安全	9				
10	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	10				
11	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	11				
12	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	12				
13	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	13				
14	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	14				
15	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	15				
16	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	16				
17	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	17				
18	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	18				
19	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	19				
20	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	20				
21	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	21				
22	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	22				
23	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	23				
24	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	24				
25	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	25				
26	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	26				
27	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	27				
28	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	28				
29	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	29				
30	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	30				

环境生态实验中心 3 月度日常安全检查结果									
2022 年 2 月 28 日 3 月 1 日，环境生态实验中心实验室安全巡查工作由中心巡查组 12 组，机电楼 2 组，红矿楼 2 组，红矿楼 2 组，红矿楼 2 组，红矿楼 2 组，红矿楼 2 组，红矿楼 2 组，红矿楼 2 组，红矿楼 2 组。									
序号	问题号	问题名称	问题描述	问题类别	问题数量	问题描述	问题类别	问题数量	问题描述
1	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	1				
2	12.4.4	特种设备安全	特种设备安全	特种设备安全	2				
3	7.1.1	消防安全	消防安全	消防安全	3				
4	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	4				
5	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	5				
6	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	6				
7	7.1.1	消防安全	消防安全	消防安全	7				
8	7.1.1	消防安全	消防安全	消防安全	8				
9	7.1.1	消防安全	消防安全	消防安全	9				
10	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	10				
11	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	11				
12	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	12				
13	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	13				
14	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	14				
15	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	15				
16	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	16				
17	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	17				
18	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	18				
19	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	19				
20	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	20				
21	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	21				
22	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	22				
23	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	23				
24	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	24				
25	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	25				
26	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	26				
27	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	27				
28	8.1.1	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	28				
29	8.1.2	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	29				
30	8.1.3	危险化学品安全	危险化学品安全	危险化学品安全	30				

月度安全检查结果




图 1 各实验楼检查情况总览




图 2 问题实验室（共计 66 间）分布情况




图 3 问题与隐患（共计 135 条）分布情况

三、安全复查

为保证对安全隐患和问题的零容忍态度，院实验室技术安全工作组继续对月度安全检查实行“闭环式管理”。

1、第一次复查

3月7日,对2月28日-3月1日3月度日常安全检查中存在安全隐患和问题的66间实验室,135项问题进行本月度首次安全复查。通过复查,共有41间实验室完成整改、整改完成率62.12%,完成安全隐患整改84项、整改完成率62.22%;未整改或整改不彻底实验室25间、占比37.88%,未整改安全隐患51项、占比37.78%,新增安全隐患和问题数9项;并在复查中检查出4间实验室存在着4项新的安全隐患和问题。其中:

白楼14间实验室完成整改、整改完成率45.16%,安全隐患整改50项、整改完成率56.18%;未整改或整改不彻底实验室17间、占比54.84%,未整改或整改不彻底安全隐患39项、占比43.82%,新增安全隐患和问题数9项。还在复查中检查出3间实验室存在着3项新的安全隐患和问题。

红楼12间实验室完成整改、整改完成率60%,安全隐患整改16项、整改完成率57.14%;未整改或整改不彻底实验室8间、占比40%,未整改或整改不彻底安全隐患和问题12项、占比42.86%。

机电楼7间实验室存在的10项安全隐患和问题在整改期限内已主动及时地完成整改,整改完成率100%。但在复查中检查中1间实验室存在着1项新的安全隐患和问题

基因楼2间实验室存在的2项安全隐患和问题以及采矿楼6间实验室存在的6项安全隐患和问题在整改期限内已主动及时地完成整改,整改完成率100%。以上实验室值得肯定和表扬!

首次复检结果3月7日发出并公示,要求各问题实验室于3月12日前完成整改;院实验室技术安全工作组也将就此继续关注并督促。




图4 首次复查问题实验室整改情况 (含新增)




图5 首次复查问题与隐患整改情况 (含新增)

序号	隐患编号	隐患项目	整改措施	整改责任人	整改期限	备注
1	12.4.4	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	1	第二次复查
2	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	2	第二次复查
3	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	3	第二次复查
4	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	4	第二次复查
5	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	5	第二次复查
6	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	6	第二次复查
7	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	7	第二次复查
8	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	8	第二次复查
9	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	9	第二次复查
10	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	10	第二次复查
11	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	11	第二次复查
12	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	12	第二次复查
13	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	13	第二次复查
14	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	14	第二次复查
15	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	15	第二次复查
16	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	16	第二次复查
17	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	17	第二次复查
18	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	18	第二次复查
19	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	19	第二次复查
20	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	20	第二次复查

序号	隐患编号	隐患项目	整改措施	整改责任人	整改期限	备注
1	12.4.4	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	1	第二次复查
2	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	2	第二次复查
3	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	3	第二次复查
4	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	4	第二次复查
5	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	5	第二次复查
6	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	6	第二次复查
7	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	7	第二次复查
8	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	8	第二次复查
9	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	9	第二次复查
10	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	10	第二次复查
11	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	11	第二次复查
12	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	12	第二次复查
13	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	13	第二次复查
14	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	14	第二次复查
15	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	15	第二次复查
16	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	16	第二次复查
17	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	17	第二次复查
18	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	18	第二次复查
19	8.1.1	危险化学品存放	危险化学品归位	王敏	19	第二次复查
20	7.1.1	用水用电安全隐患	线路板未固定	王敏	20	第二次复查

第一次复查结果

2、第二次复查

3月13日，院实验室技术安全工作组针对3月7日首次安全检查中存在安全隐患和问题的29间实验室、64项安全隐患和问题进行本年度第二次安全复查。通过复查，17间实验室完成整改、整改完成率58.62%，安全隐患整改46项、整改完成率71.87%；12间实验室未完成整改、占比41.38%，未整改安全隐患18项、占比28.13%，新增安全隐患和问题数2项。并在复查中检查出4间实验室存在着6项新的安全隐患和问题。其中：

白楼16间实验室完成整改、整改完成率80%，完成安全隐患整改45项、整改完成率88.24%，未整改实验室4间、占比20%，未整改安全隐患数6项、占比11.76%，新增安全隐患和问题数2项。还在复查中检查出4间实验室存在着6项新的安全隐患和问题。

红楼1间实验室完成整改、整改完成率12.5%，安全隐患整改1项、整改完成率8.33%；未整改或整改不彻底实验室7间、占比87.5%，未整改或整改不彻底安全隐患和问题11项、占比91.67%。

机电楼 1 间实验室存在的 1 项安全隐患和问题在整改期限内未及时地完成整改，整改完成率 0%。

再复查结果于当日公示并通报全院，并要求相关实验室 3 月 19 日前完成整改。同时提请院领导给予关注，并要求相关实验室尽速完成整改，以便达成本月度的安全管理目标。




图 6 第二次复查问题实验室整改情况




图 7 第二次复查问题与隐患整改情况

环境生态实验中心 3 月 13 日第二次安全复查结果

2023 年 3 月 13 日，环境生态实验中心实验室技术安全工作组针对 3 月 13 日第二次安全检查中存在的 24 项安全隐患、64 项问题进行本月第二次安全复查，通过复查，仍有如下安全隐患未完成整改或复查中发现新的安全隐患问题，具体如下：

序号	实验室号	隐患描述	整改期限	整改责任人	整改情况	备注
1	白楼 303	卫生与日常	无期限整改	冯强	1	新增
2	白楼 303	实验气瓶管理	气瓶未固定，无警示标识，无台帐	冯强	2	新增
3	白楼 303	管制化学品管理	管制化学品未上锁	冯强	3.4	新增
4	白楼 303	化学废弃物处理	管制化学品未上锁	冯强	5	新增
5	白楼 303	药品与试剂管理	药品与试剂未上锁	冯强	6	新增
6	白楼 303	危险化学品管理	危险化学品未上锁	冯强	7	新增
7	白楼 303	危险化学品管理	危险化学品未上锁	冯强	8	新增
8	白楼 303	危险化学品管理	危险化学品未上锁	冯强	9	新增
9	白楼 303	危险化学品管理	危险化学品未上锁	冯强	10	新增
10	白楼 303	卫生与日常	卫生与日常	冯强	11	新增
11	白楼 303	实验气瓶管理	气瓶未固定，无警示标识，无台帐	冯强	12	新增
12	白楼 303	管制化学品管理	管制化学品未上锁	冯强	13.14	新增
13	白楼 303	化学废弃物处理	管制化学品未上锁	冯强	15.16	新增
14	白楼 303	药品与试剂管理	药品与试剂未上锁	冯强	17.18	新增
15	白楼 303	危险化学品管理	危险化学品未上锁	冯强	19.20	新增
16	白楼 303	危险化学品管理	危险化学品未上锁	冯强	21.22	新增
17	白楼 303	危险化学品管理	危险化学品未上锁	冯强	23.24	新增

环境生态实验中心 3 月 13 日第二次安全复查结果

2023 年 3 月 13 日，环境生态实验中心实验室技术安全工作组针对 3 月 13 日第二次安全检查中存在的 24 项安全隐患、64 项问题进行本月第二次安全复查，通过复查，仍有如下安全隐患未完成整改或复查中发现新的安全隐患问题，具体如下：

序号	实验室号	隐患描述	整改期限	整改责任人	整改情况	备注
1	红楼 118	管制化学品管理	管制化学品未上锁	冯强	18.20	第三次复查
2	红楼 118	化学废弃物处理	管制化学品未上锁	冯强	21	第三次复查
3	红楼 120	卫生与日常	卫生与日常	冯强	22	第三次复查
4	红楼 120	卫生与日常	卫生与日常	冯强	23	第三次复查
5	红楼 120	卫生与日常	卫生与日常	冯强	24.25	第五次复查
6	红楼 220	卫生与日常	卫生与日常	冯强	26	第五次复查
7	红楼 220	卫生与日常	卫生与日常	冯强	27	第五次复查
8	红楼 320	卫生与日常	卫生与日常	冯强	28	第五次复查
9	红楼 320	卫生与日常	卫生与日常	冯强	29	第五次复查
10	红楼 320	卫生与日常	卫生与日常	冯强	30	第五次复查
11	红楼 430	管制化学品管理	管制化学品未上锁	冯强	31	第五次复查

第二次复查结果

3、第三次复查

3 月 20 日，院实验室技术安全工作组针对 3 月 13 日第二次安全检查中存在安全隐患和问题的 16 间实验室、26 项安全隐患和问题进行本年度第三次安全复查。通过复查，7 间实验室完成整改、整改完成率 43.75%，安全隐患整改 10 项、整改完成率 38.46%；9 间实验室未完成整改、占比 56.25%，未整改安全隐患 16 项、占比 61.54%，新增安全隐患和问题数 4 项；并在复查中检查出 1 间实验室存在着 1 项新的安全隐患和问题。其中：

白楼 3 间实验室完成整改、整改完成率 37.5%，完成安全隐患整改 5 项、整改完成率 35.71%，

未整改实验室 5 间、占比 62.5%，未整改安全隐患数 9 项、占比 64.29%，新增安全隐患和问题数 3 项。还在复查中检查出 1 间实验室存在着 1 项新的安全隐患和问题。

红楼 3 间实验室完成整改、整改完成率 42.86%，安全隐患整改 4 项、整改完成率 36.36%；未整改或整改不彻底实验室 4 间、占比 57.14%，未整改或整改不彻底安全隐患和问题 7 项、占比 63.64%，新增安全隐患和问题数 1 项。

机电楼 1 间实验室存在的 1 项安全隐患和问题在整改期限内已主动及时地完成整改，整改完成率 100%。

再复查结果于当日公示并通报全院，并要求相关实验室 3 月 26 日前完成整改。同时提请院领导给予关注，并要求相关实验室立即整改，将安全隐患和问题彻底予以消除。院实验室技术安全检查工作组将就此继续给予监督。




图 8 第三次复查问题实验室整改情况




图 9 第三次复查问题与隐患整改情况

环境生态实验中心3月度日常安全检查第三次复查结果									
序号	实验室	隐患编号	检查项目	隐患描述	整改责任人	整改期限	整改情况	备注	
1	白楼 403	8.5.2	实验气体管理	气瓶未固定、无台账	白楼	5	第一次整改		
2	白楼 403	8.6.5	危险化学品管理	危险化学品未上锁	白楼	2.5	第三次整改		
3		8.6.2	危险化学品管理	危险化学品未上锁		4	第三次整改		
4	白楼 201	12.4.4	仪器设备使用管理	仪器运行中无人值守	白楼	5	第一次整改		
5						1	第一次整改		
6		8.6.2	危险化学品管理	危险化学品未上锁	白楼	6	第六次整改		
7						5	第四次整改		
8	白楼 201	7.1.1	用电安全管理	插座未固定	白楼	7.5	第一次整改		
9		8.6.2	危险化学品管理	危险化学品未上锁	白楼	9	第一次整改		
10	红楼 403	8.1.3	仪器设备使用管理	仪器设备未上锁	红楼	10	第一次整改		
11		7.1.1	用电安全管理	插座未固定	红楼	11	第三次整改		
12	红楼 503	5.2.2	卫生与日常	卫生与日常	红楼	12	第二次整改		
13		8.5.2	实验气体管理	气瓶未固定、无台账	红楼	13	第一次整改		
14	红楼 104	12.4.5	仪器设备使用管理	仪器设备未上锁	红楼	14	第四次整改		
15	红楼 102	5.2.2	卫生与日常	卫生与日常	红楼	15	第六次整改		
16	红楼 124	5.2.2	卫生与日常	卫生与日常	红楼	16	第四次整改		

环境生态实验中心3月度日常安全检查第三次复查结果									
序号	实验室	隐患编号	检查项目	隐患描述	整改责任人	整改期限	整改情况	备注	
1	红楼 114	12.4.2	仪器设备使用管理	仪器设备未上锁	红楼	14	第四次整改		
2	红楼 123	5.2.2	卫生与日常	卫生与日常	红楼	15	第六次整改		
3	红楼 124	5.2.2	卫生与日常	卫生与日常	红楼	16	第四次整改		
4	红楼 222	5.1.3	仪器设备使用管理	仪器设备未上锁	红楼	17	第一次整改		
5	红楼 222	8.6.2	危险化学品管理	危险化学品未上锁	红楼	18	第六次整改		

第三次复查结果

4、第四次复查

3 月 27 日，院实验室技术安全工作组针对 3 月 20 日第三次安全检查中存在安全隐患和问题

的 10 间实验室、18 项安全隐患和问题进行本月度第四次安全复查。通过复查，15 项安全隐患已完成整改，整改完成率 83.33%，未完成率 16.67%。

第四次复查发现仍有 3 间实验室的 3 项隐患和问题整改不彻底，整改通知于当日 12 时发出并公示，同时由院领导对以上实验室安全负责人约谈，并要求相关实验室立即组织整改。通过督促白楼 501、白楼 103 实验室分别于 29 日、31 日上午完成整改并邀请工作组现场核并确认该室完成整改。截止发稿前，红楼 118 仍未完成整改。



序号	房间号	检查项目	检查详情	负责人	房间号	备注
1	白楼 501	气瓶安全	气瓶未固定，无防震圈	王强	1	第二次通报
2	白楼 501	气瓶安全	气瓶未固定，无防震圈	王强	2	第二次通报
3	红楼 118	气瓶安全	气瓶未固定，无防震圈	王强	3	第三次通报

第四次复查结果

四、月度安全工作小结（2-3 月）

2023 年 2 月和 3 月学院实验室技术安全管理目标未达成闭环式管理。究其原因：

1、2 月 13 日开始行课，工作日仅 12 日。由于疫情期间实验室一度关停，因此实验室内存在安全隐患较多，同时实验室安全责任人又面临疫情补课等事宜缠身，难免疏漏，2 月度未达成闭环式管理情有可原。

2、但 3 月度仍有部分实验室一直未整改，更有甚者在分管领导多次约谈后仍未整改。究其原因主要是有部分责任人对实验室技术安全持事不关己高高挂起的态度，或多或少存在几十年的教学科研工作都是开放随意过来的，其间也并未发生安全责任事故；现照旧进行也一定不会发生安全事故等侥幸麻痹思想。由此疏于学习并疏于对学生的教育和管理，使得安全隐患和问题长期存在而得不到消除和改善。

在此，对严重拖累 2023 年 2、3 月学院实验室技术安全闭环式管理工作目标的实验室给予批评！

批 评

白楼 103 部分责任区、白楼 209 部分责任区、白楼 501 部分责任区、红楼 122

批评理由：

1、白楼 103 部分责任区

对 3 月 13 日、3 月 20 日、3 月 27 日在 **2023 年 3 月度**日常安全检查复查中**连续三次**出现的“气瓶未固定、无状态标识、无台账”等严重安全隐患和问题一直未彻底整改。3 月 27 日经分管领导约谈后开始整改，直到 3 月 31 日才完成整改。表明该区域责任人安全意识淡漠、管理混乱，亟待整顿规范。

2、白楼 209 部分责任区

对 **2023 年 2 月度**日常安全检查首次复查、**2023 年 3 月度**安全检查及复查、**2023 年**校督导日常安全检查中**连续 7 次**出现的“锐器与软性实验废弃物混放”等严重安全隐患和问题漠然视之，直至 3 月 27 日月度第四次安全复查才部分完成整改。表明该区域责任人安全意识淡漠、管理混乱，亟待整顿规范。

3、白楼 501 部分责任区

对 **2023 年 2 月 22 日 2 月度**日常安全检查首次复查、**3 月度**日常安全检查及复查中**连续 6 次**出现的“插线板串联使用”等较严重安全隐患置之不理。3 月 27 日经分管领导约谈后，立即组织整改，直到 3 月 29 日完成整改。表明该区域责任人安全意识淡漠、管理混乱，亟待整顿规范。

4、红楼 122

对 **2023 年 3 月度**日常安全检查及复查中**连续 5 次**检查指出的“加热设备离气瓶过近”等严重安全隐患置之不理；并在 **2023 年 3 月 27 日**受到分管领导约谈后仍未整改。表明该室责任人安全意识淡漠、管理混乱，亟待整顿规范。

以上实验室在 2023 年 2 月、3 月历次实验室技术安全检查中表现不佳，对存在的安全隐患

和问题熟视无睹、整改不积极，严重影响学院实验室技术安全闭环式管理目标的达成；但其它实验室也或多或少地存在着这样那样的隐患和问题。对此，大家应引以为戒，加强学习，把握政治方向、提高政治站位，引导、教育和规劝学生良好的观念和行为方式，将一切不稳定因素和安全隐患消灭于萌芽状态。

在 2023 年 2、3 月度安全检查中，白楼、红楼、采矿楼、基因楼 7 间实验室管理良好，实验场所井然有序，安全检查中未检查出安全隐患和问题。

表 扬

白楼：101、104、408、505；

红楼：103、108、220、322、324、330、406、502、516；

机电楼：105、107、109、301、305、407；

基因楼：201、203；

采矿楼：125、128、132、232、234、435、509。

五、校级安全检查

3 月 13 日，校实验室技术安全督导在白楼安全管理员陪同下对白楼各实验室作本月度实验室技术安全例行检查。

检查发现白楼共 10 间实验室存在诸如堵塞消防通道，水管漏水；插线板串联；使用未去掉原包装的饮料瓶装样品，化学品叠放倒放，管制化学品未入安全柜，气瓶未固定或固定不合理，实验废弃物混放等共 16 项安全隐患和问题。检查结果已发布在实验室综合管理平台上，请各实验室及时登录系统完成整改并回复。

☐	14	B区给排水实验楼411	环境与生态学院	梁建军	接线板串联供电且直接置于易燃的木柜上	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
☐	15	B区给排水实验楼408	环境与生态学院	向平	易制毒化学品未按固定进行双人双锁管理	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
☐	16	B区给排水实验楼408	环境与生态学院	向平	实验及生活物品堵塞实验室消防通道	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情

□	25	B区给排水实验楼602	环境与生态学院	李伟,姚婧梅,邵迎,陈忠礼	仪器和物品堵塞消防通道	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	26	B区给排水实验楼505	环境与生态学院	刘鸿霞,林艳,林艳	气瓶未固定	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	27	B区给排水实验楼501	环境与生态学院	柴宏祥,邵知宇	多个接线板串联供电	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	28	B区给排水实验楼501	环境与生态学院	柴宏祥,邵知宇	饮料瓶存放试剂未撕去外包装	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	29	B区给排水实验楼413	环境与生态学院	柴宏祥	水管漏水	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	30	B区给排水实验楼402	环境与生态学院	李莉,叶志洪,陈瑶,赵纯,何强,陈一,姚娟娟,古励,张智,向平,刘智萍	气瓶未进行合理固定	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	31	B区给排水实验楼301	环境与生态学院	古励,柴宏祥,何强	化学品叠放倒放	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	32	B区给排水实验楼301	环境与生态学院	古励,柴宏祥,何强	易制毒化学品硫酸未进行双人双锁管理	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	33	B区给排水实验楼301	环境与生态学院	古励,柴宏祥,何强	易制爆化学品硝酸钾未进行双人双锁管理,为...	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	34	B区给排水实验楼301	环境与生态学院	古励,柴宏祥,何强	气瓶未进行合理固定	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	35	B区给排水实验楼301	环境与生态学院	古励,柴宏祥,何强	饮料瓶存放样品未撕去原包装纸	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	36	B区给排水实验楼209	环境与生态学院	何强,李宏,艾海男	垃圾混放	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	37	B区给排水实验楼103	环境与生态学院	何强,古励,柴宏祥,李宏	多个接线板串联	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情

3月13日,校实验室技术安全督导在红楼安全管理员陪同下对红楼各实验室作本月度实验室技术安全例行检查。

检查发现红楼共6间实验室存在卫生状况不佳,堵塞消防通道;插线板串联;化学品柜损坏,管制化学品未入安全柜等7项安全隐患和问题。检查结果已发布在实验室综合管理平台上,请各实验室及时登录系统完成整改并回复。

□	18	B区城建新实验楼324	环境与生态学院	李蕾,王小铭	实验室环境卫生状况不良	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	19	B区城建新实验楼222	环境与生态学院	魏云梅,周上博,汪昆平,刘元元,刘斌,许劲	实验物品堵塞消防通道	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	20	B区城建新实验楼222	环境与生态学院	魏云梅,周上博,汪昆平,刘元元,刘斌,许劲	实验台面杂乱	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	21	B区城建新实验楼211	环境与生态学院	林敦梅	易制毒化学品未进行双人双锁管理	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	22	B区城建新实验楼213	环境与生态学院	叶姜瑜,何梅,梁嘉良,李芸邑	化学试剂叠放倒放	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	23	B区城建新实验楼114	环境与生态学院	方芳	试剂柜损坏严重	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情
□	24	B区城建新实验楼106	环境与生态学院	李娟	多个接线板串联供电且直接置于地上	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项巡查	日常巡查	2023-03-14	未发送	待整改	查看详情

3月21日,校实验室技术安全督导在学院安全秘书陪同下对机电楼各实验室作本月度实验

室技术安全例行检查。检查发现机电楼共 8 间实验室存在清洁卫生不佳；电源插座未固定且至于地上或仪器上使用；废弃物存放区无警示标识，化学品安全柜未上锁，化学品未分类存放，使用破碎的玻璃器皿，气瓶台账未及时更新；高温高压设备缺少警示标识和操作规程等 7 项安全隐患和问题。检查结果已发布在实验室综合管理平台上，请各实验室及时登录系统完成整改并回复。

☐	1	B区机电实验大楼（东）423	环境与生态学院	翟俊	气瓶使用台账长久未更新记录	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项检查	日常巡查	2023-03-22	未发送	待整改	查看详情
☐	2	B区机电实验大楼（东）410	环境与生态学院	郑怀礼,丁魏	实验室无人，化学品柜未上锁	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项检查	日常巡查	2023-03-22	未发送	待整改	查看详情
☐	3	B区机电实验大楼（东）410	环境与生态学院	郑怀礼,丁魏	烘箱安全操作规程未张贴	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项检查	日常巡查	2023-03-22	未发送	待整改	查看详情
☐	4	B区机电实验大楼（东）408	环境与生态学院	郑怀礼,丁魏	实验台面实验后未清理	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项检查	日常巡查	2023-03-22	未发送	待整改	查看详情
☐	5	B区机电实验大楼（东）408	环境与生态学院	郑怀礼,丁魏	高压设备无安全警示线，未张贴安全警示标识...	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项检查	日常巡查	2023-03-22	未发送	待整改	查看详情
☐	6	B区机电实验大楼（东）407	环境与生态学院	赵纯	高压设备无安全警示线，未张贴安全警示标识...	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项检查	日常巡查	2023-03-22	未发送	待整改	查看详情
☐	7	B区机电实验大楼（东）304	环境与生态学院	赵志伟	电源插座未固定，且置于地面或者仪器上	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项检查	日常巡查	2023-03-22	未发送	待整改	查看详情
☐	8	B区机电实验大楼（东）304	环境与生态学院	赵志伟	高压设备未张贴安全警示标识，没有安全警示...	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项检查	日常巡查	2023-03-22	未发送	待整改	查看详情
☐	9	B区机电实验大楼（东）300	环境与生态学院	谷依露	废液桶放于实验台下面，在化学品柜中间，没...	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项检查	日常巡查	2023-03-22	未发送	待整改	查看详情
☐	10	B区机电实验大楼（东）307	环境与生态学院	时文歆	强碱未放入强酸强碱柜，和其他化学品混放	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项检查	日常巡查	2023-03-22	未发送	待整改	查看详情
☐	11	B区机电实验大楼（东）311A	环境与生态学院	张静	破碎的试剂瓶未放入指定固废箱中	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项检查	日常巡查	2023-03-22	未发送	待整改	查看详情
☐	12	B区机电实验大楼（东）311A	环境与生态学院	张静	废液区未拉警示带	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项检查	日常巡查	2023-03-22	未发送	待整改	查看详情
☐	13	B区机电实验大楼（东）311A	环境与生态学院	张静	无高温警示标识，未张贴安全操作规程	普通	第三组-大型实验仪器设备及危化品安全专项检查	日常巡查	2023-03-22	未发送	待整改	查看详情

3 月 31 日，校实验室技术安全督导在采矿楼安全管理员陪同下对采矿楼各实验室作本月度实验室技术安全例行检查。无重大安全隐患，值得表扬！

六、实验废弃物处理处置

3 月 1 日和 3 月 21 日，实验中心分两批收集上交处理处置实验固（液）体废弃物 345 箱（桶）1645kg。